

# 政府采购进口产品专家论证意见

## 一、基本情况

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 申请单位        | 驻马店市中医院                    |
| 拟采购产品名称     | 婴幼儿有创（高频）呼吸机               |
| 拟采购产品金额     | 单价：35 万元/台；数量：2 台；合计：70 万元 |
| 拟采购产品所属项目名称 | 驻马店市中医院 2026 年第一批设备购置项目    |
| 拟采购产品所属项目金额 | 187 万元                     |

## 二、申请理由

☒ 1. 中国境内无法获取：所需婴幼儿有创（高频）呼吸机的性能、技术指标中国境内无法获取。

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：

☐ 3. 其他：

原因阐述：

1. 目前国产新生儿呼吸机只具备 IMV、IPPV、SIMV、SIPPV、SIMVsupport、SIMV+PSV、SIPPV+PSV、nCPAP、nIPPV 模式，机器设置潮气量只能 2ml，流速不稳定，流量传感器精度和压力传感器精度差，早产儿同步率低。一些极早产儿需要更小潮气量和更精准快速同步呼吸。早产儿重症类 RDS/ARDS、气漏、BPD、肺动脉高压、肺出血、肺发育不全等疾病，需要呼吸机具备更全的呼吸模式提供通气治疗，为临床提供完整而全新的无创治疗体系，从入院重症的早期干预，到锻炼通气的过度期，到基础的呼吸支持，直至患者完全康复脱机；减少创伤；为许多早产儿常见病提供了技术保障，可大大提高早产儿的存活率。

2. 经了解，此新生儿呼吸机不属于国家鼓励进口产品，也不属于限制进口产品。由于国产设备呼吸模式、通气精准度、稳定性无法满足临床需求，目前各大三甲医院及妇幼保健院 NICU 都在使用进口高频呼吸机，为更好地服务于临床诊疗。故申请购买进口产品。

## 三、专家论证意见

本次拟采购进口婴幼儿有创呼吸机，具有多种呼吸模式，通气精度高，可同时满足普通患儿通气，早产儿及重症呼吸衰竭患儿的临床治疗需求，目前无国产设备可完全替代，经论证，建议购买进口产品。

专家签名：

李光

2026年9月24日

# 政府采购进口产品专家论证意见

## 一、基本情况

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 申请单位        | 驻马店市中医院                    |
| 拟采购产品名称     | 麻醉机                        |
| 拟采购产品金额     | 单价：23 万元/台；数量：4 台；合计：92 万元 |
| 拟采购产品所属项目名称 | 驻马店市中医院 2026 年第一批设备购置项目    |
| 拟采购产品所属项目金额 | 187 万元                     |

## 二、申请理由

☒ 1. 中国境内无法获取：所需麻醉机的性能、技术指标中国境内无法获取。

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：

☐ 3. 其他：

原因阐述：

1. 我院为市级三甲医院，高龄、高危、复杂微创手术逐年增多。国产麻醉机在通气精度、低流量麻醉稳定性、肺保护功能及整机安全冗余方面存在短板。

2. 进口机型技术成熟、参数精准、故障率低，可有效保障危重、高龄、小儿患者术中安全，满足我院高质量临床麻醉与三甲诊疗规范需求，目前无国产设备可完全替代。故申请购买进口产品。

## 三、专家论证意见

本次拟采购进口麻醉机，具有实时监测精度高，适配低流量精准麻醉，临床保障能力更强。目前无国产设备可完全替代，经论证，建议购买进口产品。

专家签名：

李光

2026 年 9 月 22 日