

单一来源采购专家论证意见表

|                                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 采购单位                                                                  | 驻马店市第一人民医院                                            |
| 项目名称                                                                  | 驻马店市第一人民医院 GE 1.5T 磁共振维保服务项目                          |
| 论证时间                                                                  | 2024 年 03 月 26 日 15 时 00 分                            |
| 拟采购预算                                                                 | 38 万元                                                 |
| 单一来源供应商                                                               | 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司                                  |
| 内容：拟采用单一来源方式采购 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司作为驻马店市第一人民医院 GE 1.5T 磁共振维保服务项目供应单位 |                                                       |
| 专家论证意见：                                                               | 基于该项目是进口医疗设备维保，且设备生产商在河南无授权第三方同做维保服务。建议该项目采用单一来源方式采购。 |

专家签字： 肖明中