

技术要求

一、参数要求

包 1：GE16 排 CT 球管

1. 原装进口全新球管，参数如下：

极热容量：4.7MJ（6.3MHU）		
进口球管，提供报关单		
焦点数量：≥两个		
焦点尺寸（IEC 60336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm		
球管最大额定电压≥140KV		
阳极靶面角度：7 度		
球管曝光能力：		
kVp	小焦点 max mA	大焦点 max mA
80	300	400
100	240	420
120	200	440
140	170	380
支持 0.5 秒每圈的高速旋转		

2. 供应商需提供医疗器械维修 ISO9001 及 ISO13485 认证证书。

3. 按要求达到原机质量要求，符合国家法规规定和检测合格。

4. 安装球管后要完成球管规定的校准调试，需提供安装工程师原厂培训认证证书。

5. 备件的供应渠道必须符合国家相关法律法规，不会给设备和操作人员带来危害。

包 2：飞利浦 16 排 CT 球管

1. 原装进口全新球管，适用于飞利浦 Brilliance 16 排螺旋 CT，参数如下：

1) 球管材质：金属陶瓷球管

2) 球管阳极热容量：≥8.0MHU

3) 阳极最大散热率：1.600MHU/min

- 4) 球管电流设置: 20—500mA
- 5) 球管最大电流: 500mA
- 6) 球管最小电流: 20mA
- 7) 球管电流递增幅度: 1mA
- 8) 球管最大电压: 140KV
- 9) 球管最小电压: 80KV
- 10) 球管大焦点: $1.0 \times 1.0\text{mm}$
- 11) 球管小焦点: $0.5 \times 1.0\text{mm}$
- 12) 球管类型: 动态飞焦点球管
- 13) 球管阳极靶面设计: 12 节段阳极
- 14) 球管阳极靶面直径: 200mm

- 2. 供应商需提供医疗器械维修 ISO9001 及 ISO13485 认证证书。
- 3. 须提供球管海关进口报关单。
- 4. 按要求达到原机质量要求, 符合国家法规规定和检测合格。
- 5. 安装球管后要完成球管规定的校准调试, 需提供安装工程师原厂培训认证证书。
- 6. 备件的供应渠道必须符合国家相关法律法规, 不会给设备和操作人员带来危害。