

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	驻马店市中心医院
拟采购产品名称	GE16排CT球管1个；飞利浦16排CT球管1个
拟采购产品金额	186万元（GE16排CT球管：66万元；飞利浦16排CT球管：120万元）
采购项目所属项目名称	驻马店市中心医院16排CT球管采购项目
采购项目所属项目金额	186万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 根据驻马店市中心医院实际情况和业务技术发展需要进行16排CT球管更换，X射线管即球管为CT产品主要部件之一，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和CT整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求，目前国内没有替代品，只能采购进口球管才能与设备配套使用。故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见 球管是CT机的核心部件，其接口位置、布线都影响设备性能，需要单一配套产品，才能和原设备匹配。出现故障由具有资质的厂家维修，建议采购进口产品，并符合国家相关进口产品的法律规定。 专家签字：张丽 2015年10月30日	